УРАЛЭНЕРГОСБЫТ

Общество с ограниченной ответственностью
«Уральская энергосбытовая компания»

АКТ №: | | | | | | | | | | |

1	9	.	0	4	.	2	0	2	3	г.			ч.			м.

периодической проверки узла учета тепловой энергии, теплоносителя потребителя

Потребитель:	ООО «ДЕЗ 1»					
Ответственное лицо:	**ФИО:**	Усов В.В.				
	Телефон:	+7 (351) 222-31-30				
Адрес объекта:	**Населенный пункт:**	г. Челябинск				
	Улица:	Краснознаменная	**Дом/стр:**	46	**Кв./пом.:**	

Комиссией произведен технический осмотр узла учета тепловой энергии, теплоносителя (далее - УУТЭ).

Проверена документация: проект УУТЭ № 329-626-13.АОВ, паспорта и свидетельства о поверке средств измерений, технические условия № 12 от «30» января 2013 г.

В результате проверки установлено, что УУТЭ соответствует требованиям «Правил коммерческого учета тепловой энергии», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034.

На основании изложенного УУТЭ вводится в эксплуатацию с «19» апреля 2023г. в след. составе СИ и пломбируется:

Тип средства измерений (СИ)	Зав. номер СИ	Показания СИ на момент осмотра	Место установки СИ	Пломбы установлены	Срок действия поверки СИ
Вычислитель *Взлет ТСРВ-026М*	1216507	Q = 6 780,81 Гкал H = 18 837,37 часов	Шкаф узла учета	159543	с 19.01.2021 до 18.01.2025
Расходомер *Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65*	1237215	G = 582 358,13 т	Подающий трубопровод	159544	с 14.01.2021 до 13.01.2025
Расходомер *Взлет ЭР ЭРСВ-420Л Ду-65*	1152422	G = 576 514,99 т	Обратный трубопровод	159545	с 14.01.2021 до 13.01.2025
Датчик температуры *КТПТР-01*	1923316	T = 71,9 °C	Подающий трубопровод	159546	с 16.02.2021 до 15.02.2025
Датчик температуры *КТПТР-01*	1923495	T = 54,7 °C	Обратный трубопровод	159547	с 16.02.2021 до 15.02.2025
Датчик давления *СДВ-И-1,6*	73340	P= 0,57 МПа	Подающий трубопровод	01569738	с 20.07.2018 до 20.07.2023
Датчик давления *СДВ-И-1,6*	73451	P= 0,55 МПа	Обратный трубопровод	01569739	с 19.07.2018 до 19.07.2023
Расходомер		V = _____ $м^3$	Подпитка		

Особые условия:

1. Диапазон фактических и возможных изменений параметров теплоносителя на УУТЭ (кроме режима останова потребления) должен соответствовать нормированным диапазонам измерений, указанным в проекте УУТЭ, технической, метрологической документации на соответствующие средства измерений.
2. Входит в Состав коллективного (общедомового) прибора учёта по адресу: г. Челябинск, ул. Краснознаменная, 46 и является неотъемлемой составляющей совокупности средств изменения узла учета данного объекта.
- принимается к расчету за тепловую энергию и теплоноситель при условии исправности всех составляющих комплекса совокупности средств измерения объекта. Диапазон паспортных значений измерения расхода G_{min}= 0,478 $м^3$/ч; G_{max}= 119,60 $м^3$/ч.

Подписи сторон:

Представители:	ФИО, должность	Подпись
Потребитель (представитель потребителя)	Усов В.В.	
Представитель КИПиА:	Дубровин В.В.	
Представитель СТИ 4-го ЭР	Понкратова О.В.	