

Сервисный № 415

ОКП 42 1351



# ПРЕМ

## ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ РАСХОДА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ

Исполнение электронного блока 1

**Паспорт**  
РБЯК.407111.039 ПС

www.teplocom-sale.ru  
8 800 250 0303



ПРЭМ

Паспорт

### 7 Свидетельство о приемке

Преобразователь расхода, номер версии ПО «23»

ПРЭМ	65	L0	-	F	0	D	Зав. №	582007
ДУ	20				0	B1, C1, D	Класс	
	32				1	0 - Qmax1 / 1 - Qmax2	Максимальный расход	
	40			F		-- нет доп. выхода / F - есть доп. выход	Доп. импульсный выход	
	50			T				
	65			R		-- нет / T - токовый выход / R - интерфейс RS485	Модуль RS485	
	80			L0				
	100			L2		L0 - нет индикатора / L2 - с индикатором	Вариант индикации	
	150							

Исполнение  +  фланцевое  «сандвич»

соответствует техническим условиям ТУ-4213-039-15147476-2006 и признан годным для эксплуатации.

Инженер ОТК

Дегтярев Д.В.

15.03.2014

ФИО дата изготовления (число, месяц, год)



### 8 Параметры настройки и конфигурации

Дата настройки (изменения)	Вес импульса, л/имп	Режимы выходов		Диапазон расхода по токовому выходу, м³/ч	Индикатор	ФИО и подпись исполнителя (клеимо)
		F1	F2			
16.03.2014	5,000	0	0	-	L0	Дегтярев Д.В.

### 9 Сведения о поверке

Дата поверки	Верхний предел Qmax, м³/ч	Калибровочные коэффициенты				Результат поверки	ФИО и подпись поверителя (клеимо)
		U1	U2	Q1	Q2		
17.03.2014	120,000	4974	353696	0,228	16,927	годен	Молчанова О.Л.
16 ФЕВ 2018		2 КЖ					СМИРНОВ Д.А.
16 АПР 2018		ГХЖ					РАТНИЦА И.С. Я.

Межповерочный интервал - 4 года.



194044, Санкт-Петербург, Выборгская наб., д. 45  
8 800 250-03-03 | www.teplocom-sale.ru | info@teplocom-sale.ru



14.02. 2018 г.

## 1 Основные сведения об изделии

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ предназначен для измерений и преобразований в выходные электрические сигналы объемного расхода и объема электропроводящих жидкостей.

Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений РФ под № 17858-11.

Технические характеристики преобразователя приведены в руководстве по эксплуатации РБЯК.407111.039 РЭ.

## 2 Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантии изготовителя

### 2.1 Ресурсы, сроки службы и хранения

Средний срок службы не менее 12 лет.

Средняя наработка на отказ не менее 80000 ч.

Срок хранения в упаковке изготовителя не более 4 лет.

Указанные ресурсы, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований, изложенных в руководстве по эксплуатации.

### 2.2 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие преобразователя требованиям технических условий ТУ 4213-039-15147476-2006 при соблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации и инструкции по монтажу.

Гарантийный срок – 4 года от даты продажи.

Гарантийные обязательства изготовителя прекращаются в случае:

- наличия механических повреждений и дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения целостности пломб изготовителя и поверительного клейма;
- самостоятельного ремонта.

Изготовитель выполняет гарантийный ремонт преобразователя при наличии паспорта и сведений о рекламации.

## 3 Комплектность

### 3.1 Составные части

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
ПРЭМ	Преобразователь расхода электромагнитный	1	исполнение по разд. 7
	Блок питания	1	тип по наличию на момент поставки
ГОСТ 15180-86	Прокладка паронитовая	2	для исполнений фланцевого и с защитой футеровки
	Клеммник-розетка		количество в соответствии с исполнением

### 3.2 Эксплуатационная документация

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечания
РБЯК.407111.039 РЭ	Руководство по эксплуатации	1	
РБЯК.407111.039 ПС	Паспорт	1	
РБЯК.407111.039 МП	Методика поверки	1	по 1 экз.
РБЯК.407111.039 ИМ	Инструкция по монтажу	1	при групповой поставке
	Акт рекламации	1	

## 4 Заметки по эксплуатации

В процессе эксплуатации преобразователя необходимо принять меры для сохранения установленных на нём пломб.

В процессе эксплуатации преобразователь должен подвергаться периодической поверке по методике поверки РБЯК.407111.039 МП.

## 5 Сведения об утилизации

Преобразователь не обладает факторами, опасными для человека или окружающей среды. Утилизация осуществляется в порядке, установленном пользователем.

## 6 Свидетельство об упаковке

Преобразователь упакован на предприятии ЗАО «НПФ Теплоком» согласно требованиям конструкторской документации.

Упаковщик

ФИО (оттиск печати)

дата упаковки (число, месяц, год)

УПАКОВЩИК

17 MAR 2014

Митрофанов С.А.