



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЯЫ/24-08-2021/90119920

Действительно до 23.08.2025

Средство измерений	Расходомер-счетчик электромагнитный; Взлет ЭРСВ-440Л В Ду 100; 52856-13 <small>наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в</small>
	<small>Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа</small>
заводской номер	1458768 <small>заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение</small>
в составе	-
поверено	в полном объеме <small>наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений</small>
	<small>или которые исключены из поверки</small>
в соответствии с	документом ШКСД.407212.006 РЭ «Расходомеры-счетчики электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М». Руководство по эксплуатации», раздел «Методика поверки», <small>наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка</small>
	утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИР» 05 декабря 2012 г.
с применением эталонов:	64632.16.3Р.00151068, Установка поверочная малогабаритная МПУ "СЭМ"-2-200, зав.№1874, 3 <small>регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)</small>
разряд в диапазоне значений от 0,02 до 200 м <sup>3</sup> /ч	<small>средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам</small>
при следующих значениях влияющих факторов:	атмосферное давление 99,3 кПа, влажность воздуха 50,3 %, температура окружающей среды 20,7 °С, частота питающей сети 49,99 Гц, напряжение питающей сети 222,4 В, температура <small>перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений</small>
поверочной жидкости 20 °С	
и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.	
Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ:	<a href="https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/90119920">https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/90119920</a>
Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ:	С-ВЯЫ/24-08-2021/90119920
Поверитель	Глиос Даниил Германович <small>фамилия, инициалы</small>
Знак поверки:	



Начальник лаборатории  
должность руководителя или  
другого уполномоченного лица

  
подпись

Соляник Александр Юрьевич  
фамилия, инициалы

Дата поверки

24.08.2021