



СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЯЫ/27-09-2021/98022739

Действительно до 26.09.2025

Средство измерений Расходомеры-счетчики электромагнитные; ВЗЛЕТ ЭР мод. Лайт М; исп. ЭРСВ-440 ЛВ Ду100; 52856-13

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 1458745

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с документом ШКСД.407212.006 РЭ «Расходомеры-счетчики

электромагнитные «ВЗЛЕТ ЭР» модификация «Лайт М». Руководство по

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

эксплуатации», раздел «Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ

ФГУП «ВНИИР» 05 декабря 2012 г.

64632.16.ЗР.00151068, Установка поверочная малогабаритная МПУ "СЭМ"-2-200, зав.№1874, 3 разряд в

с применением эталонов: диапазоне значений от 0,02 до 200

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

мЗ/ч средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 98,3 кПа, влажность воздуха 50,7 %, температура окружающей среды 20,4 °С, частота питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 222,2 В, температура поверочной жидкости 20 °С

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес записи сведений о результатах поверки в ФИФ: <https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/98022739>

Номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: С-ВЯЫ/27-09-2021/98022739

Поверитель Глиос Даниил Германович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник лаборатории Соляник Александр Юрьевич

должность руководителя или другого уполномоченного лица подпись фамилия, инициалы

Дата поверки 27.09.2021