

4011100.2017

Для разных мер и измерительных приборов

Форма № 12

ООО "УралЭнергоМонтаж" Наименование предприятия	ПАСПОРТ № _____		День поступления в эксплуатацию	
	На <u>Комплект термопреобразователей сопротивления</u>		Периодичность поверки прибора: 1 раз в 4 года	

Завод-изготовитель	Заводской номер	Инвентарн. номер	Тип и система	Предел измерения	Цена деления шкалы	Класс или допустимая погрешность
ЗАО «Взлет» г. С-Петербурга	1213323/1213386	---	Взлет ТПС	0...+180°C	500П	A

Перечень основных частей комплекта: L= 70 мм



Итоги периодической поверки

День поверки	Заключение (годен, не годен)	День поверки	Заключение (годен, не годен)	День поверки	Заключение (годен, не годен)	День поверки	Заключение (годен, не годен)
19.12.13	ГОДЕН	21.12.2017	ГОДЕН				

Начальник \_\_\_\_\_

наименование органа надзора

подпись составителя паспорта

День составления паспорта «05» ноября 2013 г

ПРИБОРЫ В РЕМОНТ И ПОВЕРКУ

ПРИНИМАЮТСЯ ЧИСТЫМИ ПРИ  
КАЛИБРИ ПАСПОРТА

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР «ВЗЛЕТ»  
ТЕЛ: (351) 720-21-28, 720-05-59,

