

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЕРКЕ

№ С-3750.110/Т-2021

Действительно до
«24» июня 2025 г.

Средство измерений Преобразователь расхода электромагнитный ПРЭМ Ду 80, мод.
наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном

ПРЭМ Ду 80, 17858-06
информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 181541

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме
наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с документом «Преобразователи расхода электромагнитные ПРЭМ.
наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Методика поверки РБЯК.407111.039 МП», утвержденным ГЦИ СИ "ВНИИМ им.
Д.И.Менделеева" 18 мая 2006 г.

с применением эталонов: 52183.12.1Р.00184565, 52183.12.2Р.00184566, Установка
регистрационный номер и (или) наименование, тип,

поверочная автоматизированная УПРС 200/1, зав.№031, 1 разряд в диапазоне значений от
заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

0,02 т/ч до 200,00 т/ч, 2 разряд в диапазоне значений от 0,02 м3/ч до 200,00 м3/ч

при следующих значениях влияющих факторов: атмосферное давление 100,3 кПа,

влажность воздуха 50,3 %, температура окружающей среды 22,5 °С, частота питающей
перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

сети 50 Гц, напряжение питающей сети 230,1 В, температура поверочной жидкости
19,7 °С

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано
ненужное зачеркнуть

пригодным к применению.

Начальник лаборатории Брюхова Марта Владимировна
должность руководителя подразделения или другого
уполномоченного лица

Поверитель Малов Сергей Игоревич

Дата поверки «25» июня 2021 г.


подпись

Брюхова Марта Владимировна
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Малов Сергей Игоревич