

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

Общество с ограниченной ответственностью "ПриборАвтоматика" (ООО "ПриборАвтоматика")

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1780

наименование аккредитованного в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполнившего поверку

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № С-ВЯЫ/11-08-2021/86079745Действительно до 10.08.2025

Средство измерений

Вычислители количества теплоты; ВКТ-7; мод. 04; 23195-11

наименование и обозначение типа, модификация (при наличии) средства измерений, регистрационный номер в

Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер

227622

заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение

в составе

поверено

в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

или которые исключены из поверки

в соответствии с

документом РБЯК.400880.036 РЭ, раздел 8 «Методика поверки» руководства по эксплуатации«Вычислители количества теплоты ВКТ-7», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д. И.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

Менделеева» 14 декабря 2010 г.

с применением эталонов:

17567.09.1P.58813, 17567.09.4P.58800, 17567.09.5P.58801, Стенд СКС6, зав.№920, 1 разряд в

регистрационные номера эталонов и (или) наименования и обозначения типов стандартных образцов и (или)

диапазоне значений от 1 до 20 мА, 4 разряд в диапазоне значений от 51,0 до 673,3 Ом, 5 разряд частоты в диапазоне значений

средств измерений, заводские номера, обязательные требования к эталонам

от 0,305176 до 10000 Гц, количества импульсов в диапазоне значений от 1 до 65535 имп., периода импульсов в диапазонезначений от 0,1 до 3200,0 мс.при следующих значениях
влияющих факторов:атмосферное давление 100,8 кПа, влажность воздуха 57,1 %, температура окружающей среды 23,1 °С, частота
питающей сети 50 Гц, напряжение питающей сети 225 В

перечень влияющих факторов, при которых проводилась поверка, с указанием их значений

и на основании результатов периодической поверки признано пригодным к применению.

Постоянный адрес

записи сведений о

результатах поверки в

ФИФ:

<https://fgis.gost.ru/fundmetrology/cm/results/86079745>

Номер записи сведений о

результатах поверки в ФИФ

ОГИ:

С-ВЯЫ/11-08-2021/86079745

Поверитель

Булавенков Сергей Валентинович

фамилия, инициалы

Знак поверки:



Начальник лаборатории

должность руководителя или
другого уполномоченного лица
подписьАккулова Регина Ильдаровна

фамилия, инициалы

Дата поверки

11.08.2021